

사용장비 및 기기의 사진

용역명 : 2019년 공동구 정밀안전점검용역

구분	장비명	용도	제조회사	제조년도	사 진
1	반발경도 측정기	콘크리트(표면) 압축강도 측정	Proceq(스위스)	2014	
2	철근탐사기	철근위치 및 간격, 피복두께 측정	JRC (일본)	2011	
3	탄산화 측정기	경화콘크리트 탄산화 깊이 측정	삼천화학(주)	2010	
3	초음파 측정기	콘크리트 균열깊이 및 강도 측정	ULTRACON-170	2012	
4	철근부식도 측정기	전기저항에 의한 철근 부식도 측정	PROCEQ	2000	
5	균열폭 측정 현미경	균열폭 크기 측정	PEAK(일본)	2012	
6	카메라	사진촬영	CANNON	2015	
7	점검망치	박리 및 박락 부위조사	-	2019	
8	그라인더	표면정리	BOSCH	2016	
9	버니어캘리퍼스	Mitutovo	깊이 및 크기 측정	2014	

법정 장비 검·교정 현황

번호	장 비 명	규 격	검교정일	성적서
1	균열 측정기	PEAK2028	2018.01.23	# 별첨 1
2	반발경도 측정기	NR식	2019.01.22	# 별첨 2
3	초음파 탐지기	Pundit Lab	2019.01.24	# 별첨 3
4	철근탐사기	NJJ-95A	2016.01.16	# 별첨 4
5	버니어캘리퍼스	Mitutoyo	2019.01.24	# 별첨 5

※ 검·교정 대상이 아닌 장비는 제외함.

균열측정기(측미 현미경)

교정성적서 CALIBRATION CERTIFICATE											
한국산업기술시험원 경기도 안산시 상록구 해안로 723 TEL : 031-500-0217 FAX : 031-500-0389	성적서 번호 : 18-003420-01-1 Certificate No. 페이지 (1) / (총 2) Page of Pages										
											
1. 의뢰자 (Client) 기관명 (Name) : (주)한국구조물안전연구원 주소 (Address) : 경기도 성남시 중원구 상대원동 5442-1 크란츠테크노 1511호 2. 측정기 (Calibration Subject) 기기명 (Description) : 측미 현미경 제작회사 및 형식 (Manufacturer and Model Name) : PEAK / 10× (±15, 1div.= 0.1) mm 기기번호 (Serial Number) : None 3. 교정일자 (Date of Calibration) : 2018년 01월 23일 4. 교정환경 (Environment) 온도 (Temperature) : (20.1 ± 0.1) °C 습도 (Humidity) : (51 ± 1) % R.H. 교정장소 (Location) : ☒ 고정표준실 (KTL Lab.) ☐ 이동교정 (Mobile Lab.) ☐ 현장교정 (On Site Calibration) 5. 측정표준의 소급성 (Traceability) 교정방법 및 소급성 서술 (Calibration method and/or brief description) : 위의 기기는 측미 현미경의 교정업무기준(CP801-10512-1)에 따라 국가측정표준기관으로부터 소급성이 유지된 표준기를 사용하여 교정되었음. 교정에 사용한 표준장비 명세 (List of used standards/specifications) <table border="1"> <thead> <tr> <th>기기명 Description</th> <th>제작회사 및 형식 Manufacturer and Model</th> <th>기기번호 Serial Number</th> <th>차기교정예정일자 The due date of next Calibration</th> <th>교정기관 Calibration Laboratory</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Standard scale</td> <td>Mitutoyo / (0 ~ 80) mm</td> <td>21538</td> <td>2020. 08. 31</td> <td>한국산업기술시험원</td> </tr> </tbody> </table>		기기명 Description	제작회사 및 형식 Manufacturer and Model	기기번호 Serial Number	차기교정예정일자 The due date of next Calibration	교정기관 Calibration Laboratory	Standard scale	Mitutoyo / (0 ~ 80) mm	21538	2020. 08. 31	한국산업기술시험원
기기명 Description	제작회사 및 형식 Manufacturer and Model	기기번호 Serial Number	차기교정예정일자 The due date of next Calibration	교정기관 Calibration Laboratory							
Standard scale	Mitutoyo / (0 ~ 80) mm	21538	2020. 08. 31	한국산업기술시험원							
6. 교정결과 (Calibration Results) : 교정결과 참조 7. 측정불확도 (Measurement uncertainty) : 교정결과 참조											
확인 (Affirmation)	작성자 (Measurements performed by) 성명 (Name) : 박한글 승인자 (Approved by) 직위 (Title) : 기술책임자 성명 (Name) : 노현수										
위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야의 교정결과입니다. (The above calibration certificate is the accredited calibration items by Korea Laboratory Accreditation Scheme, which signed the ILAC-MRA.)											
2018년 01월 23일											
한국인정기구 인정 Accredited by KOLAS, Republic of KOREA 한국산업기술시험원장 Korea Testing Laboratory											
(주) 이 성적서는 측정기의 정밀정확도에 영향을 미치는 요소(과부하, 온도, 습도 등)의 급격한 변화가 발생한 경우에는 무효가 됩니다. (NOTE) If any significant instability or other adverse factor(overload, temperature, humidity etc.) manifests itself before, during or after calibration, and is likely to affect the validity of the calibration.											

FP812-01-01

※ 위 마크는 주위 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.

교 정 결 과 CALIBRATION RESULTS 경기도 안산시 상록구 해안로 723 Tel : 031-500-0217 Fax : 031-500-0389 E-mail : standard@ktl.re.kr		성적서 번호 : 18-003420-01-1 Certificate No. 페이지 (2) / (총 2) Page of Pages	
◇ 기 기 명 : 측미 현미경 ◇ 제작회사 및 형식 : PEAK / 10× (±15, 1div.= 0.1) mm ◇ 기 기 번 호 : None			
호 칭 배 율	눈 금 값 (mm)	보 정 값 (mm)	측정불확도(mm) (신뢰수준 약 95 %, k=2)
10 ×	15 (좌)	0.0	0.1
	10	0.0	0.1
	5	0.0	0.1
	0 (기준)	0.0	-
	5	0.0	0.1
	10	0.0	0.1
	15 (우)	0.0	0.1
끝.			
※ 국가교정기관지정제도 운영요령 제 40조 관련주기 : 24 개월 FP812-02-01			



※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.

반발경도 측정기

시험 성적서 (TEST REPORT)



한국산업기술시험원
Korea Testing Laboratory

성적서 번호 : 19-004973-01-5

Report No.

페이지 (1) / (총 2)

Page of Pages



1. 의뢰자 (Client)

기관명 (Name) : (주)한국구조물안전연구원

주소 (Address) : 서울특별시 송파구 송파대로 55, 에이동 501호(장지동, 서울북합물류)

의뢰일자 (Date of Receipt) : 2019. 01. 22.

2. 시험성적서의 용도 (Use of Report) : Q.C

3. 시험대상품목/물질/시료명 (Test Sample)

제품명 (Description) : 테스트 햄머

제조사 (Manufacturer) : MSK ALPHA

모델명 (Model Name) : α -3000cn / Digital Type

제조번호 (Serial Number) : 0085

기타 (Remark) :

4. 시험기간 (Date of Test) : 2019년 01월 30일 ~ 2019년 01월 30일

5. 시험규격/방법 (Test Standard/Method) : 시험결과 참조

6. 시험환경 (Testing Environment)

온도 (Temperature) : $(23.2 \pm 0.1) ^\circ\text{C}$,

습도 (Humidity) : $(48 \pm 1) \% \text{ R.H.}$

7. 시험결과 (Test Results) : 시험결과 참조

비고 (Note) : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제출한 시료에 한하며, 법적 및 기타분쟁의 근거 등으로의 사용을 금합니다.
2. 이 성적서는 원본만 유효하며, 임의로 재가공된 사본 및 전자인쇄본 등은 유효하지 않습니다.
(원본이란 KTL에서 정해진 절차에 따라 보안성을 포함시켜 제공하는 모든 성적서를 의미합니다.)

확인 Affirmation	작성자 (Tested by)	기술책임자 (Technical Manager)
	성명 (Name) : 김태영 (Signature)	성명 (Name) : 유승철 (Signature)

2019. 01. 30.

한국산업기술시험원



경기도 안산시 상록구 해안로 723 (723, Hae-an-ro, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, KOREA) Tel.031-500-0217 Fax. 031-500-0389

FP204-01-04



* 위 마크는 주주 전자확인용 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.

 한국산업기술시험원 Korea Testing Laboratory	성적서 번호 : 19-004973-01-5 Report No. 페이지 (2) / (총 2) Page of Pages	
--	---	---

시험 결과 (Test Results)

1. 일반사항
 - ◇ 제 품 명 : 테스트 햄머
 - ◇ 제작회사 : MSK ALPHA
 - ◇ 모 델 명 : α-3000cn / Digital Type
 - ◇ 제조번호 : 0085
2. 사용된 표준장비 명세
 - Test ANVIL(SANYO 73 , PROCEQ 81)
3. 시험방법
 - 기준 Test Anvil 값과 비교 시험한다.
4. 시험결과

1) Test Anvil (SANYO)을 이용한 비교시험결과


표 준 값	지 시 값					평 균 값
	1 회	2 회	3 회	4 회	5 회	
	77	77	77	77	77	
73 ± 2	6 회	7 회	8 회	9 회	10 회	77.0
	77	77	77	77	77	

2) Test Anvil (PROCEQ)을 이용한 비교시험결과

표 준 값	지 시 값					평 균 값
	1 회	2 회	3 회	4 회	5 회	
	81	81	81	81	81	
81 ± 2	6 회	7 회	8 회	9 회	10 회	81.0
	81	81	81	81	81	

끝.

FP204-02-02





※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.

초음파 탐지기

원본확인번호 : 8999-0891-9995-9496

KRISS Korea Research
Institute of
Standards and Science

대전광역시 유성구 가정로 267 (우) 34113
Phone 042-868-5555, Fax 042-868-5556

시험번호_Report No : 1901-00098-001

Page 1 / 5 Pages

시험 성적서 TEST REPORT

의뢰기관_Applicant : 주식회사 한국구조물안전연구원

주소_Address : 서울특별시 송파구 송파대로 55 A동 501호

시험대상_Test Item : 콘크리트용 초음파 펄스 속도 측정기

제조사 및 형식_Manufacturer & Model : proceq / pundit lab

기기번호_Serial No : PL02-003-0231 B0

접수일자_Date of Receipt : 2019. 01. 24

시험일자_Date of Test : 2019. 02. 19

시험내용_Description of Test

시험명_Test Name : 콘크리트용 초음파 펄스 속도 측정기 성능 시험

시험장소_Test Site : ☒ KRISS표준실_KRISS Lab ☐ 이동시설_Mobile Lab ☐ 현장_On-site

시험환경_E Environmental Conditions

- 온도_Temperature : (25 ± 5) °C

- 상대습도_Relative Humidity : (50 ± 20) %

시험방법_Test Method :

T-05-004, 콘크리트용 초음파 펄스 속도 측정기의 성능 시험.

시험결과_Test Results :

다음 쪽 "시험결과" 참조

측정불확도_Measurement Uncertainty :

미요구

담당자_Tested by : 김영길

042-868-5338

kimyg@kriss.re.kr

책임자_Approved by : 김영주

042-868-5330

yjkim@kriss.re.kr

2019년 2월 20일

국가측정표준대표기관 National Metrology

한국표준과학연구원장



이 시험성적서를 한국표준과학연구원장 승인 없이 수정 또는 부분 복제하여 사용하거나 상업적 목적의 광고에 사용할 경우 법적 조치를 받을 수 있음. 위 시험 결과는 의뢰자가 제공한 시험품에 한하여 유효하며, 시료명은 의뢰자가 제공한 것임.

(This report shall not be modified, partially reproduced or used in an advertisement for commercial purposes without the prior written approval of KRISS. Otherwise the legal action may be taken against violation. The above results are valid only for the sample provided by the applicant, and the name of the sample is provided by the applicant.)

※ 표준과학연구원(http://eshop.kriss.re.kr)에서 본 성적서 상단의 광분할인번호 또는 2D바코드 스캔을 통해 원본 여부 확인 가능

시험 결과 TEST RESULTS

사용 장비

- PM 6654C : Timer/Counter
- HP 8112A : Pulse Generator
- HP 8116A : Pulse/Function Generator
- Wave Surfer 452 : Oscilloscope
- KAY 837 : Attenuator(50 Ω)

별첨 성능 시험 결과는 의뢰한 성능 시험 절차(T-05-004)에 따라 콘크리트용 초음파 펄스 속도 측정기 각부의 전기적 성능을 측정한 결과임.

* 본 성적서는 콘크리트용 초음파 펄스 속도 측정기 자체에 대하여 성능을 측정한 결과이며, 그 외의 부대 부품(초음파 탐촉자, 교정 블록, 케이블 등)과는 무관함.



※ 표준성격판마당(<http://eshop.kriss.re.kr>)에서 본 성적서 상단의 원본확인번호 또는 2D바코드 스캔을 통해 원본 여부 확인 가능
※ 성적서화면 하단왼쪽의 복사방지코드는 복사시에 맥색으로 처리됩니다.

시험 결과 TEST RESULTS


1. 펄스 출력(Pulse output)

* 출력 단자에서 개방(open) 상태 및 50 Ω 종결(termination) 상태로 측정함.


* 100:1 probe를 사용하여 측정함.

Maximum	Highest value in input waveform
Rise	Duration of rising edge from 10-90%
Width	Width measured at the 50% level and positive slope


[Frequency 24 kHz, Voltage : 125 V]



[Frequency 24 kHz, Voltage : 500 V]



[Frequency 500 kHz, Voltage : 125 V]



[Frequency 500 kHz, Voltage : 500 V]



시험결과 TEST RESULTS

2. 수신 감도(Sensitivity)


* 장비 설정 : [Tx/Rx Frequency] 54 kHz, [Rx Gain] 100X

* 측정 값이 사라지지 않는 최소 입력 값을 측정함.

* 입력 전압 : $1 \text{ V} \times 10^{-(\text{감쇠기 설정값} / 20)}$

주파수	감쇠기	주파수	감쇠기	주파수	감쇠기
10 Hz	dB	100 Hz	20 dB	1 kHz	40 dB
20 Hz	dB	200 Hz	26 dB	2 kHz	46 dB
30 Hz	dB	300 Hz	29 dB	3 kHz	49 dB
40 Hz	dB	400 Hz	32 dB	4 kHz	52 dB
50 Hz	dB	500 Hz	34 dB	5 kHz	54 dB
60 Hz	dB	600 Hz	36 dB	6 kHz	57 dB
70 Hz	dB	700 Hz	37 dB	7 kHz	60 dB
80 Hz	dB	800 Hz	38 dB	8 kHz	62 dB
90 kHz	dB	900 Hz	39 dB	9 kHz	64 dB

주파수	감쇠기	주파수	감쇠기	주파수	감쇠기
10 kHz	65 dB	100 kHz	61 dB	1 MHz	50 dB
20 kHz	70 dB	200 kHz	57 dB	2 MHz	53 dB
30 kHz	72 dB	300 kHz	54 dB	3 MHz	39 dB
40 kHz	72 dB	400 kHz	53 dB	4 MHz	33 dB
50 kHz	71 dB	500 kHz	53 dB	5 MHz	28 dB
60 kHz	70 dB	600 kHz	53 dB	6 MHz	22 dB
70 kHz	68 dB	700 kHz	52 dB	7 MHz	20 dB
80 kHz	66 dB	800 kHz	52 dB	8 MHz	26 dB
90 kHz	64 dB	900 kHz	51 dB	9 MHz	23 dB



시험 결과 TEST RESULTS

3. 측정 시간 정확도(Accuracy of timer)

* HP 8112A의 delay 시간을 10 μ s, 100 μ s 및 1,000 μ s 간격으로 변경하면서 측정한 결과임.


* 입력 신호 주파수 : 50 kHz

* 감쇠기 : 30 dB

* 입력 전압 : 1 V x 10⁻¹(감쇠기설정값 / 20)

HP 8112A Delay 설정값	PM 6654 측정값(A)	pundit lab 측정값(B)	Δt (B-A)
10 μ s	10.16 μ s	11.9 μ s	1.7 μ s
20 μ s	19.84 μ s	21.4 μ s	1.6 μ s
30 μ s	29.82 μ s	31.4 μ s	1.6 μ s
40 μ s	39.94 μ s	41.4 μ s	1.5 μ s
50 μ s	50.12 μ s	51.9 μ s	1.8 μ s
60 μ s	60.34 μ s	61.9 μ s	1.6 μ s
70 μ s	70.57 μ s	72.4 μ s	1.8 μ s
80 μ s	80.83 μ s	82.4 μ s	1.6 μ s
90 μ s	91.21 μ s	92.9 μ s	1.7 μ s
100 μ s	101.77 μ s	103.4 μ s	1.6 μ s
200 μ s	199.07 μ s	201 μ s	1.9 μ s
300 μ s	298.86 μ s	300 μ s	1.1 μ s
400 μ s	400.02 μ s	402 μ s	2.0 μ s
500 μ s	501.81 μ s	503 μ s	1.2 μ s
600 μ s	603.88 μ s	605 μ s	1.1 μ s
700 μ s	706.22 μ s	708 μ s	1.8 μ s
800 μ s	808.78 μ s	810 μ s	1.2 μ s
900 μ s	912.65 μ s	914 μ s	1.4 μ s
1000 μ s	1007.15 μ s	1.01 ms	2.9 μ s
2000 μ s	1990.75 μ s	1.99 ms	-0.8 μ s

끝(End of the Results).



* 표준성과확인망(<http://eshop.kriss.re.kr>)에서 본 성적서 상대의 원본확인번호 또는 2D바코드 스캔을 통해 원본 여부 확인 가능
※ 성적서화면 하단원쪽의 복사일지코드는 복사시에 백색으로 처리됩니다.

철근탐사기

SHINWOO TECH CORP.



시험 성적서 (Certificate of Testing)

의뢰처 :
회사명 : (주)한국구조물안전연구원
대표이사 : 이채규
주소 : 서울특별시 중랑구 송림길 147 (망우동, 양원역사1층)
시험품명 : 철근탐사기
모델 : NJJ-95A (S/N ED73453)
교정기 : Test Block (Test Point 15, 30, 60, 90mm)
제조국 : 일본
수량 : 1set

상기 장비에 대한 시험 결과는 아래와 같습니다.

상기 교정기(Test Block (Test Point 15, 30, 60, 90mm)에 의한 시험 결과는 Test Block의 4개 Point에서 측정된 측정치 아래 내용에 의하며, 상기 장비는 오차 범위에 들어 시험성적서를 발행합니다.

2016년 1월 16일

** 시험 결과 : Test Block에 의한 측정 값

시험편	15mm	30mm	60mm	90mm
측정값	15.0mm	30.0mm	59.9mm	90.0mm

발행처 ;

회사명 : 신우테크상사
대표 : 김재봉
주소 : 서울시 금천구 시흥3동 984 (유통상가 A4-320호)

(특이사항) 상기 시험성적서는 장비를 수리 후에 발행되는 성적서로 법적 효력이 없기 때문에 공식적인 효력은 없음을 상기하시기 바랍니다.


信宇테크상사

代表 金載奉



서울 금천구 시흥3동 984번지(시흥유통상가 A4동 320호) TEL : (02)896 - 8428 FAX : (02)896 - 8429
E-mail : shinwootech95@yahoo.co.kr

별첨 4(철근탐사기2/2)



(테스트 블록(시편)의 도면)



(테스트 블록(시편)의 사진)

교정성적서

CALIBRATION CERTIFICATE


한국산업기술시험원 경기도 안산시 상록구 해안로 723 TEL : 031-500-0217 FAX : 031-500-0389		성적서 번호 : 19-004973-01-11 Certificate No. 페이지 (1) / (총 2) Page of Pages																		
1. 의뢰자 (Client) 기관명 (Name) : (주)한국구조물안전연구원 주소 (Address) : 서울특별시 송파구 송파대로 55, 에이동 501호(장지동, 서울북합물류)																				
2. 측정기 (Calibration Subject) 기기명 (Description) : 내/외측 캘리퍼 제작회사 및 형식 (Manufacturer and Model Name) : Mitutoyo / (0 ~ 150, 0.01) mm 기기번호 (Serial Number) : None																				
3. 교정일자 (Date of Calibration) : 2019년 01월 24일																				
4. 교정환경 (Environment) 온도 (Temperature) : (20.5 ± 0.1) °C 습도 (Humidity) : (47 ± 1) % R.H. 교정장소 (Location) : ☒ 고정표준실 (KTL Lab.) ☐ 이동교정 (Mobile Lab.) ☐ 현장교정 (On Site Calibration)																				
5. 측정표준의 소급성 (Traceability) 교정방법 및 소급성 서술 (Calibration method and/or brief description) : 위의 기기는 내/외측/기어 이두께 캘리퍼, 캘리퍼 게이지의 교정업무기준(CP801-10601-1)에 따라 국가측정표준기관으로부터 소급성이 유지된 표준기를 사용하여 교정되었음. 교정에 사용한 표준장비 명세 (List of used standards/specifications)																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>기기명 Description</th> <th>제작회사 및 형식 Manufacturer and Model</th> <th>기기번호 Serial Number</th> <th>차기교정예정일자 The due date of next Calibration</th> <th>교정기관 Calibration Laboratory</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gauge blocks</td> <td>Mitutoyo / 0 grade</td> <td>1106288</td> <td>2021. 04. 03</td> <td>한국산업기술시험원</td> </tr> <tr> <td>Step gauges</td> <td>Mitutoyo / 300 mm</td> <td>430127</td> <td>2021. 07. 09</td> <td>한국산업기술시험원</td> </tr> </tbody> </table>		기기명 Description	제작회사 및 형식 Manufacturer and Model	기기번호 Serial Number	차기교정예정일자 The due date of next Calibration	교정기관 Calibration Laboratory	Gauge blocks	Mitutoyo / 0 grade	1106288	2021. 04. 03	한국산업기술시험원	Step gauges	Mitutoyo / 300 mm	430127	2021. 07. 09	한국산업기술시험원				
기기명 Description	제작회사 및 형식 Manufacturer and Model	기기번호 Serial Number	차기교정예정일자 The due date of next Calibration	교정기관 Calibration Laboratory																
Gauge blocks	Mitutoyo / 0 grade	1106288	2021. 04. 03	한국산업기술시험원																
Step gauges	Mitutoyo / 300 mm	430127	2021. 07. 09	한국산업기술시험원																
6. 교정결과 (Calibration results) : 교정결과 참조 7. 측정불확도 (Measurement uncertainty) : 교정결과 참조																				
확인 (Affirmation)		작성자 (Measurements performed by) 성명 (Name) : 송병주		승인자 (Approved by) 직위 (Title) : 기술책임자 성명 (Name) : 황영수																
위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야의 교정결과입니다. (The above calibration certificate is the accredited calibration items by Korea Laboratory Accreditation Scheme, which signed the ILAC-MRA.)																				
2019년 01월 24일																				
한국인정기구 인정 Accredited by KOLAS, Republic of KOREA																				
한국산업기술시험원장 Korea Testing Laboratory																				
(주) 이 성적서는 측정기의 정밀정확도에 영향을 미치는 요소(과부하, 온도, 습도 등)의 급격한 변화가 발생한 경우에는 무효가 됩니다. (NOTE) If any significant instability or other adverse factor(overload, temperature, humidity etc.) manifests itself before, during or after calibration, and is likely to affect the validity of the calibration.																				

FP812-01-01



※ 위 마크는 주위 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.

교 정 결 과 CALIBRATION RESULTS 경기도 안산시 상록구 해안로 723 Tel : 031-500-0217 Fax : 031-500-0389 E-mail : standard@kti.re.kr	성적서 번호 : 19-004973-01-11 Certificate No. 페이지 (2) / (총 2) Page of Pages	 																																				
◇ 기기명 : 내/외측 캘리퍼 ◇ 제작회사 및 형식 : Mitutoyo / (0 ~ 150, 0.01) mm ◇ 기기번호 : None 1. 외측측정의 눈금정확도 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">눈금값 (mm)</th> <th style="width: 33%;">보정값 (mm)</th> <th style="width: 33%;">측정불확도 (mm) (신뢰 수준 약 95 %, $k = 2$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0.00</td><td>-</td></tr> <tr><td>20</td><td>0.03</td><td>0.01</td></tr> <tr><td>50</td><td>0.02</td><td>0.01</td></tr> <tr><td>100</td><td>0.02</td><td>0.01</td></tr> <tr><td>150</td><td>0.02</td><td>0.01</td></tr> </tbody> </table> 2. 내측측정의 눈금정확도 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">눈금값 (mm)</th> <th style="width: 33%;">보정값 (mm)</th> <th style="width: 33%;">측정불확도 (mm) (신뢰 수준 약 95 %, $k = 2$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>20</td><td>0.07</td><td>0.01</td></tr> <tr><td>50</td><td>0.07</td><td>0.01</td></tr> <tr><td>100</td><td>0.05</td><td>0.01</td></tr> <tr><td>150</td><td>0.05</td><td>0.01</td></tr> </tbody> </table> 끝.			눈금값 (mm)	보정값 (mm)	측정불확도 (mm) (신뢰 수준 약 95 %, $k = 2$)	0	0.00	-	20	0.03	0.01	50	0.02	0.01	100	0.02	0.01	150	0.02	0.01	눈금값 (mm)	보정값 (mm)	측정불확도 (mm) (신뢰 수준 약 95 %, $k = 2$)		-	-	20	0.07	0.01	50	0.07	0.01	100	0.05	0.01	150	0.05	0.01
눈금값 (mm)	보정값 (mm)	측정불확도 (mm) (신뢰 수준 약 95 %, $k = 2$)																																				
0	0.00	-																																				
20	0.03	0.01																																				
50	0.02	0.01																																				
100	0.02	0.01																																				
150	0.02	0.01																																				
눈금값 (mm)	보정값 (mm)	측정불확도 (mm) (신뢰 수준 약 95 %, $k = 2$)																																				
	-	-																																				
20	0.07	0.01																																				
50	0.07	0.01																																				
100	0.05	0.01																																				
150	0.05	0.01																																				
※ 국가교정기관지정제도 운영요령 제 40조 관련주기 : 12 개월 FP812-02-01																																						



※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.