

시험 성적서

1. 신청자

회사명 : (주)한국국토안전연구원
주 소 : 서울특별시 성동구 성수동1가 14-18 서울숲코오롱디지털타워3차 1101

2. 시험품

품 명 : 테스트 햄머
모델/형식 : NR-10 / NR Type
제 조 자 : PROCEQ
기기번호 : 51368

3. 시험규격/방법 : KS F 2730

4. 시험 결과 : 시험결과 참조

5. 성적서 용도 : -

6. 접수 일자 : 2014년 03월 05일

7. 발급 일자 : 2014년 03월 07일

시 험 자

김태영

기계역학표준센터 김태영

승 인 자

노현수

기계역학표준센터 노현수

본 성적서의 시험결과는 신청자로부터 제공된 시험품에만 적용되며, 본원의 사전승인없이 본 성적서의 전부 혹은 일부를 복사하여 사용할 수 없습니다.

한국산업기술시험원장



1. 일반 사항

1.1 시험품 일반 사항

- 1.1.1 기 기 명 : 테스트 햄머
1.1.2 모 델 명 : NR-10 / NR Type
1.1.3 제 조 자 : PROCEQ
1.1.4 기 기 번 호 : 51368

1.2 시험 환경

- 1.2.1 온 도 : 22.6 °C
1.2.2 습 도 : 46 % R.H.

2. 시험결과

2.1 Test Anvil (KAMEKURA)을 이용한 비교시험결과

표 준 값	지 시 값					
	1 회	2 회	3 회	4 회	5 회	평 균 값
74 ±2	76	76	76	76	76	75.7
	6 회	7 회	8 회	9 회	10 회	
	76	75	75	75	76	

2.2 Test Anvil (SANYO)을 이용한 비교시험결과

표 준 값	지 시 값					
	1 회	2 회	3 회	4 회	5 회	평 균 값
80 ±2	82	82	82	82	82	82.0
	6 회	7 회	8 회	9 회	10 회	
	82	82	82	82	82	

끝.

