

시험 성적서

1. 신청자

회사명 : 대신이엔지(주)
주 소 : 서울특별시 서초구 양재동 204-6 삼릉빌딩 3층

2. 시험품

품 명 : Test Hammer
모델/형식 : NR-10 / NR Type
제 조 자 : PROCEQ
기기 번호 : 57716

3. 시험규격/방법

: -

4. 시험 결과

: 첨부참조

5. 접수 일자

: 2012. 02. 03.

6. 시험 일자

: 2012. 02. 13.

7. 발급 일자

: 2012. 02. 13.

시험자

오세현

승인자

이상구

기계역학표준센터 오 세 현

기계역학표준센터장 이 상 구

본 성적서의 시험결과는 신청자로부터 제공된 시험품에만 적용되며, 본원의 사전 승인 없이는 본 성적서의 전부 혹은 일부를 복사하여 사용할 수 없습니다.

한국산업기술시험원장

1. 일반 사항

1.1 시험품 일반 사항

- 1.1.1 기 기 명 : Test Hammer
 1.1.2 모 델 명 : NR-10
 1.1.3 제 조 자 : PROCEQ
 1.1.4 기 기 번 호 : 57716

1.2 시험 환경

- 1.2.1 온 도 : 23.3 °C
 1.2.2 습 도 : 43 % R.H.

2. 시험결과

2.1 Test Anvil (KAMEKURA)을 이용한 비교시험결과

표 준 값	지 시 값					
	1 회	2 회	3 회	4 회	5 회	평 균 값
74 ±2	73	74	74	74	74	73.8
	6 회	7 회	8 회	9 회	10 회	
	74	73	74	74	74	

2.2 Test Anvil (SANYO)을 이용한 비교시험결과

표 준 값	지 시 값					
	1 회	2 회	3 회	4 회	5 회	평 균 값
80 ±2	80	80	80	79	80	79.8
	6 회	7 회	8 회	9 회	10 회	
	80	79	80	80	80	

끝.