

시험 성적서

(TEST REPORT)



한국산업기술시험원
Korea Testing Laboratory

성적서 번호 : 17-009361-01-2
Report No.

페이지 (1) / (총 2)
Page of Pages



1. 의뢰자 (Client)

기관명 (Name) : (주)한국시설안전연구원

주소 (Address) : 서울특별시 성동구 왕십리로 58, 6층(성수동1가, 서울숲포휴)

의뢰일자 (Date of Receipt) : 2017. 02. 15.

2. 시험성적서의 용도 (Use of Report) : Q.C

3. 시험대상품목/물질/시료명 (Test Sample)

제품명 (Description) : 테스트 햄머

제작회사 (Manufacturer) : PROCEQ

모델명 (Model Name) : NR-10 / NR Type

제조번호 (Serial Number) : 49480

기타 (Remark) :

4. 시험기간 (Date of Test) : 2017년 02월 21일 ~ 2017년 02월 21일

5. 시험규격/방법 (Test Standard/Method) : 시험결과 참조

6. 시험환경 (Testing Environment)

온도 (Temperature) : (23.1 ± 0.1) °C,

습도 (Humidity) : (48 ± 1) % R.H.

7. 시험결과 (Test Results) : 시험결과 참조

비고(Note) : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제출한 시료에 대한 시험결과이며,

(The test results contained apply only to the test sample(s) supplied by the client)

2. 우리 원의 사전 동의 없이 본성적서의 전부 혹은 일부를 복사를 할 수 없습니다.

(This test report shall not be reproduced in full or in part without approval of the KTL in advance.)

확 인 Affirmation	작성자(Tested by)	기술책임자(Technical Manager)
	성명(Name): 김태영 (Signature)	성명(Name): 유숙철 (Signature)

2017. 02. 21.

한국산업기술시험원장



경기도 안산시 상록구 해안로 723 (723, Haeon-ro, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, KOREA) Tel.031-500-0217 Fax. 031-500-0389

FP204-01-03



※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.



시험 결과 (Test Results)

1. 일반 사항

- ◇ 제 품 명 : 테스트 햄머
- ◇ 제작회사 : PROCEQ
- ◇ 모 델 명 : NR-10 / NR Type
- ◇ 제조번호 : 49480

2. 시험 결과

1) Test Anvil (KAMEKURA)을 이용한 비교시험결과

표 준 값	지 시 값					평 균 값
	1 회	2 회	3 회	4 회	5 회	
74 ±2	73	74	73	73	73	73.5
	6 회	7 회	8 회	9 회	10 회	
	71	74	73	75	76	

2) Test Anvil (PROCEQ)을 이용한 비교시험결과

표 준 값	지 시 값					평 균 값
	1 회	2 회	3 회	4 회	5 회	
81 ±2	80	80	80	80	80	80.1
	6 회	7 회	8 회	9 회	10 회	
	80	80	81	80	80	

3. 시험 방법

- 기준 Test Anvil값과 비교 시험함. 끝.

FP204-02-02



※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.