

시 험 성 적 서



(주) 대영씨앤티

경기도 군포시 공단로140번안길 10-10 (당정동)
Tel : 031-458-1020, Fax : 031-458-1134

성적서 번호 : 1902961-002

페이지 (1) / (총 2)



1. 의뢰자

기관명 : (재)한국재난연구원
주소 : 서울특별시 금천구 벚꽃로 244, 벽산디지털밸리 5차 1501호

2. 측정기

기기명 : 콘크리트테스트해머
제작회사 및 형식 : KTEC / SD7000
기기번호 : 0322

3. 시험일자 : 2019. 04. 01

4. 시험환경

온도 : $(0.0 \pm 0) ^\circ\text{C}$ 습도 : $(0 \pm 0) \% \text{ R.H.}$
시험장소 : ☒ 고정표준실 ☐ 이동시험 ☐ 현장시험

5. 측정표준의 소급성

시험방법 및 소급성 서술 :

상기 기기는 CONCRETE TEST HAMMER 시험지침서(DYS-TW-I101)를 적용하여 시험되었음.

시험에 사용한 표준장비 명세 (성적서 을지 참조)

기기명	제작회사 및 형식	기기번호	차기교정예정일자	교정기관
-----	-----------	------	----------	------

6. 시험결과 : 시험결과 참조


7. 측정불확도 : 시험결과 참조

확 인	작성자	승인자
	성명 : 이지영 (서명)	직위 : 기술 책임자 성명 : 양승재 (서명)

위 내용은 의뢰자가 제공한 시험품의 시험 결과이며, 시료명은 의뢰자가 제공한 것 입니다.
이 성적서는(주)대영씨앤티에서 발행한 성적서임을 증명합니다.

2019. 04. 03

(주) 대영씨앤티 대표이사 (인)



(주1) 이 성적서는 측정기의 정밀정확도에 영향을 미치는 요소(과부하, 온도, 습도 등)의 급격한 변화가 발생한 경우에는 무효가 됩니다.
(주2) 본 성적서는 상품 광고 또는 기타 거래의 선전 및 법적 소송을 목적으로 사용 할 수 없음

시 험 결 과

(주) 대영씨앤티

경기도 군포시 공단로140번안길 10-10 (당정동)
Tel : 031-458-1020, Fax : 031-458-1134

성적서 번호 : 1902961-002

페이지 (2) / (총 2)



1. 측정기

- 1) 기 기 명 : 콘크리트테스트해머
- 2) 제작회사 및 형식 : KTEC / SD7000
- 3) 기 기 번 호 : 0322

2. 표준장비 명세

장비명	제작회사 및 형식	기기번호
CONCRETE TEST ANVIL	SANYO / CA-2	63171
CONCRETE TEST ANVIL	SANYO / CA	81450

3. 시험결과

< 측정결과 >

ANVIL 명목값	측정값			평균지시값	불확도
	1회	2회	3회		
63	63.9	64.0	63.9	63.9	3.5
80	79.8	79.8	79.6	79.7	3.5

끝

시 · 험 · 성 · 적 · 서



(주) 대영씨앤티

경기도 군포시 공단로140번안길 10-10 (당정동)
Tel : 031-458-1020, Fax : 031-458-1134

성적서 번호 : 1902961-001

페이지 (1) / (총 2)



1. 의뢰자

기관명 : (재)한국재난연구원

주소 : 서울특별시 금천구 벚꽃로 244, 벽산디지털밸리 5차 1501호

2. 측정기

기기명 : 콘크리트테스트해머

제작회사 및 형식 : PROCEQ / NR-10

기기번호 : 52308

3. 시험일자 : 2019. 04. 01

4. 시험환경

온도 : (20.4 ± 0.1) °C

시험장소 : ☒ 고정표준실

습도 : (40 ± 1) % R.H.

☐ 이동시험

☐ 현장시험

5. 측정표준의 소급성

시험방법 및 소급성 서술 :

상기 기기는 CONCRETE TEST HAMMER 시험지침서(DYS-TW-1101)를 적용하여 시험되었음.

시험에 사용한 표준장비 명세 (성적서 을지 참조)

기기명

제작회사 및 형식

기기번호

차기교정예정일자

교정기관

6. 시험결과 : 시험결과 참조

7. 측정불확도 : 시험결과 참조

확 인	작성자	승인자
	성명 : 이지영	직위 : 기술 책임자
	(주명)	성명 : 양승재

위 내용은 의뢰자가 제공한 시험품의 시험 결과이며, 시료명은 의뢰자가 제공한 것 입니다.
이 성적서는(주)대영씨앤티에서 발행한 성적서 임을 증명합니다.

2019. 04. 03

(주) 대영씨앤티 대표이사 (인)



(주1) 이 성적서는 측정기의 정밀정확도에 영향을 미치는 요소(과부하, 온도, 습도 등)의 급격한 변화가 발생한 경우에는 무효가 됩니다.
(주2) 본 성적서는 상품 광고 또는 기타 거래의 선전 및 법적 소송을 목적으로 사용 할 수 없음.

시 험 결 과

(주) 대영씨앤티

경기도 군포시 공단로140번안길 10-10 (당정동)
Tel : 031-458-1020, Fax : 031-458-1134

성적서 번호 : 1902961-001

페이지 (2) / (총 2)



1. 측정기

- 1) 기 기 명 : 콘크리트테스트해머
- 2) 제작회사 및 형식 : PROCEQ / NR-10
- 3) 기 기 번 호 : 52308

2. 표준장비 명세

장비명	제작회사 및 형식	기기번호
CONCRETE TEST ANVIL	SANYO / CA-2	63171
CONCRETE TEST ANVIL	SANYO / CA	81450

3. 시험결과

< 측정결과 >

ANVIL 명목값	측정값			평균지시값	불확도
	1회	2회	3회		
63	62	62	62	62	3.9
80	79	80	80	80	3.9

끝.