

# 시험 성적서

## (TEST REPORT)



성적서 번호 : 21-003745-01-1  
Report No.

페이지 ( 1 ) / ( 총 2 )  
Page of Pages



### 1. 의뢰자 (Client)

기관명 (Name) : (주)이산

주소 (Address) : 경기도 안양시 동안구 부림로 121 (관양동)

의뢰일자 (Date of Receipt) : 2021. 01. 18.

### 2. 시험성적서의 용도 (Use of Report) : Q.C

### 3. 시험대상품목/물질/시료명 (Test Sample)

제품명 (Description) : 테스트 햄머

제조회사 (Manufacturer) : PROCEQ

모델명 (Model Name) : NR TYPE

제조번호 (Serial Number) : 67934

기타 (Remark) :

### 4. 시험기간 (Date of Test) : 2021년 01월 25일 ~ 2021년 01월 25일

### 5. 시험장소 (Location of Test) :

☒ KTL 고정시험실 (주소 : 경기도 안산시 상록구 해안로 723)

☐ 현장시험

### 6. 시험규격/방법 (Test Standard/Method) : 시험결과 참조

### 7. 시험결과 (Test Results) : 시험결과 참조

비고(Note) : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제출한 시료에 한하며, 법적 및 기타 분쟁의 근거 등으로의 사용을 금합니다.  
2. 이 성적서는 원본만 유효하며, 임의로 재 가공된 사본 및 전자인쇄본 등은 유효하지 않습니다.  
( '원본'이란 KTL에서 정해진 절차에 따라 보안성을 포함시켜 제공하는 모든 성적서를 의미합니다.)  
3. 아래의 2D바코드를 스캔하여 성적서의 원본내용 확인이 가능하며, KTL 보관 원본과의 동일성은 고객전용홈페이지(customer.ktl.re.kr)의 "성적서 원본확인"창에서 비교가능 합니다.

|                    |                |                          |  |
|--------------------|----------------|--------------------------|--|
| 확 인<br>Affirmation | 작성자(Tested by) | 기술책임자(Technical Manager) |  |
|                    | 성명(Name): 김태영  | 성명(Name): 문재택            |  |

2021. 01. 26.

## 한국산업기술시험원



경기도 안산시 상록구 해안로 723 ( 723, Hae-an-ro, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, KOREA ) Tel.031-500-0217 Fax. 031-500-0389

FP104-05-00



※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.

## 시험 결과 (Test Results)

### 1. 일반사항

- ◇ 제품명 : 테스트 햄머
- ◇ 제작회사 : PROCEQ
- ◇ 모델명 : NR TYPE
- ◇ 제조번호 : 67934

### 2. 사용된 표준장비 명세

| 사용장비명<br>Description | 제작회사 및 형식<br>Manufacturer and Model | 기기번호<br>Serial Number |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Test Anvil           | PROCEQ / 41                         | SA01-000-0059         |
| Test Anvil           | SANYO / 73                          | 74094                 |
| Test Anvil           | PROCEQ / 81                         | E09089                |

### 3. 시험방법

- 기준 Test Anvil 값과 비교 시험한다.

### 4. 시험결과

#### 1) Test Anvil (PROCEQ)을 이용한 비교시험결과

\* 단위 : R

| 표준값 | 지시값 |    |    |    |     | 평균값  | 측정불확도 |
|-----|-----|----|----|----|-----|------|-------|
| 41  | 1회  | 2회 | 3회 | 4회 | 5회  | 37.4 | 3.7   |
|     | 37  | 41 | 39 | 37 | 37  |      |       |
|     | 6회  | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 |      |       |
|     | 36  | 38 | 38 | 35 | 36  |      |       |

\* 측정불확도 (신뢰 수준 약 95 %,  $k = 2$ )

#### 2) Test Anvil (SANYO)을 이용한 비교시험결과

\* 단위 : R

| 표준값 | 지시값 |    |    |    |     | 평균값  | 측정불확도 |
|-----|-----|----|----|----|-----|------|-------|
| 73  | 1회  | 2회 | 3회 | 4회 | 5회  | 77.1 | 2.6   |
|     | 77  | 76 | 77 | 76 | 76  |      |       |
|     | 6회  | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 |      |       |
|     | 77  | 78 | 78 | 78 | 78  |      |       |

\* 측정불확도 (신뢰 수준 약 95 %,  $k = 2$ )



#### 3) Test Anvil (PROCEQ)을 이용한 비교시험결과

\* 단위 : R

| 표준값 | 지시값 |    |    |    |     | 평균값  | 측정불확도 |
|-----|-----|----|----|----|-----|------|-------|
| 81  | 1회  | 2회 | 3회 | 4회 | 5회  | 77.6 | 2.6   |
|     | 77  | 77 | 78 | 77 | 78  |      |       |
|     | 6회  | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 |      |       |
|     | 78  | 78 | 78 | 78 | 77  |      |       |

\* 측정불확도 (신뢰 수준 약 95 %,  $k = 2$ ) 끝.

FP104-06-00



※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.